

Vážené kolegyně, vážení kolegovia,

dovoľujeme si vás informovať o rozsiahlejšej aktualizácii **pediatrických referenčných rozmedzí koagulačných** vyšetrení (P-APTT, P-Quickov test, P-Trombínový čas, P-Fibrinogén, P-D diméry), ktorú sme realizovali v uplynulom období. Referenčné rozmedzia boli revidované na základe dát z viacerých literárnych a odborných zdrojov a **sú v platnosti od 22.9.2022.**

Dôležitým predpokladom využitia nových rozmedzí je odber do skúmavky s **3,2% citrátom sodným** (2,0 ml alebo 1,0 ml – vid' nižšie). Tieto skúmavky Vám aktuálne postupne zasielame prostredníctvom našich vodičov. V prípade, že na ambulancii máte staršie skúmavky s **3,8% citrátom sodným** prosíme Vás o ich zaslanie späť do laboratória (**!!! nutná kontrola označenia na etikete skúmavky, farba viečka aj veľkosť skúmavky je identická !!!**).

S týmto metodickým listom Vám zároveň zasielame nové odberové skúmavky **Greiner MiniCollect** s nízkym objemom:

- **0,5 ml K3EDTA** (krvný obraz, prietoková cytometria)
- **1,0 ml 3,2% citrát sodný** (koagulačné vyšetrenia)



Sú určené pre **odber venóznej krvi** u pediatrických pacientov ak **nie je možné odobrať štandardný objem** (nízky vek pacienta, obtiažny odber). Skúmavka **K3EDTA** má vyznačené dve rysky (0,5 ml a 0,25 ml), **je potrebné odobrať 0,5 ml**. Nejedná sa o vákuový odberový systém.

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi cenná, preto nás v prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok neváhajte kontaktovať: Tel. 047/4333210, 211. peter.secnikjr@sklab.sk.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu,
Kolektív SK-Lab s.r.o.

Lučenec, september 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegovia,

dovoľujeme si vás informovať o rozsiahlejšej aktualizácii **pediatrických referenčných rozmedzí koagulačných** vyšetrení (P-APTT, P-Quickov test, P-Trombínový čas, P-Fibrinogén, P-D diméry), ktorú sme realizovali v uplynulom období. Referenčné rozmedzia boli revidované na základe dát z viacerých literárnych a odborných zdrojov a **sú v platnosti od 22.9.2022.**

Dôležitým predpokladom využitia nových rozmedzí je odber do skúmavky s **3,2% citrátom sodným** (2,0 ml alebo 1,0 ml – vid' nižšie). Tieto skúmavky Vám aktuálne postupne zasielame prostredníctvom našich vodičov. V prípade, že na ambulancii máte staršie skúmavky s **3,8% citrátom sodným** prosíme Vás o ich zaslanie späť do laboratória (**!!! nutná kontrola označenia na etikete skúmavky, farba viečka aj veľkosť skúmavky je identická !!!**).

S týmto metodickým listom Vám zároveň zasielame nové odberové skúmavky **Greiner MiniCollect** s nízkym objemom:

- **0,5 ml K3EDTA** (krvný obraz, prietoková cytometria)
- **1,0 ml 3,2% citrát sodný** (koagulačné vyšetrenia)



Sú určené pre **odber venóznej krvi** u pediatrických pacientov ak **nie je možné odobrať štandardný objem** (nízky vek pacienta, obtiažny odber). Skúmavka **K3EDTA** má vyznačené dve rysky (0,5 ml a 0,25 ml), **je potrebné odobrať 0,5 ml**. Nejedná sa o vákuový odberový systém.

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi cenná, preto nás v prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok neváhajte kontaktovať: Tel. 047/4333210, 211. peter.secnikjr@sklab.sk.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu,
Kolektív SK-Lab s.r.o.

Lučenec, september 2022